

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

("Sl. list SRJ", br. 8/95)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala koje je proizvođač ili uvoznik predmeta od dragocenih metala dužan da obezbedi podružnoj organizacionoj jedinici Saveznog zavoda za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Kontrola) da bi se ispitivanje i žigosanje tih predmeta, na zahtev proizvođača ili uvoznika, vršilo u njihovim poslovnim prostorijama.

Član 2

Radne prostorije za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: radne prostorije) sastoje se od:

- 1) prostorije za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala sa šalterom;
- 2) prostorije za merenje uzoraka za kvantitativne hemijske analize;
- 3) prostorije za vršenje kvantitativnih hemijskih analiza.

Član 3

Radne prostorije moraju:

- 1) da budu čiste, suve, izgrađene u skladu s važećim tehničkim normativima i dovoljno prostrane za smeštaj opreme;
- 2) da ispunjavaju propisane uslove u pogledu higijensko-tehničke zaštite.

Član 4

U prostoriji sa šalterom mora da se nalazi sledeća oprema:

- 1) za ispitivanje predmeta od dragocenih metala:
 - a) radni sto za rad radnika Kontrole;
 - b) kasa za čuvanje predmeta od dragocenih metala;
 - v) orman ili kasetna za opremu potrebnu za ispitivanje probom na kamenu;
 - g) vaga klase tačnosti II;
 - d) probni kamen;
 - đ) probne igle;
 - e) probne kiseline;
 - ž) sitan materijal koji sačinjavaju bočice za probne kiseline, kutije za probne igle, sredstva za čišćenje probnog kamena, filtrir-papir, ulje za premazivanje kamena itd;
- 2) za žigosanje predmeta od dragocenih metala:
 - a) sto od punog drveta zaštićen po površini gumom ili plastikom;
 - b) mašina za žigosanje, s neophodnim pratećim alatom za rukovanje tom mašinom;
 - v) pomagala za žigosanje;

g) rukavice za radnike koji vrše žigosanje predmeta od dragocenih metala.

Član 5

U prostoriji za merenje uzoraka za kvantitativne hemijske analize mora da se nalazi sledeća oprema:

- 1) vaga klase tačnosti I;
- 2) sto za vagu;
- 3) uređaj za klimatizaciju;
- 4) termometar.

Član 6

U prostoriji za vršenje kvantitativnih hemijskih analiza mora da se nalazi sledeća oprema:

- 1) peć za kupelaciju;
- 2) mašina za valjanje lima;
- 3) peščano kupatilo;
- 4) areometar;
- 5) laboratorijsko posuđe (Kjeldalovi sudovi, birete, pipete, čaše, menzure itd.);
- 6) sitan potrošan materijal (kupele, potrebne hemikalije, lončići za žarenje);
- 7) nakovanj, čekić, mašice, zaštitne rukavice, naočari i pincete.

U prostoriji za vršenje kvantitativnih hemijskih analiza mora da se nalazi i:

- 1) mokri čvor podešen za rad s hemijskim sredstvima;

2) uređaj za isisavanje zagađenog vazduha (digestor);

3) poseban orman za čuvanje hemikalija.

Član 7

Predmeti od dragocenih metala primaju se na šalteru prostorije za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala.

Član 8

Ulaz u radne prostorije za vreme rada radnika Kontrole dozvoljen je samo radnicima koji obavljaju poslove u vezi sa žigosanjem predmeta od dragocenih metala.

Član 9

U radnim prostorijama ne smeju se držati predmeti koji nisu neophodni za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala, niti se u njima za vreme njihovog ispitivanja i žigosanja mogu obavljati bilo koji drugi poslovi.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim uslovima za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala ("Službeni list SFRJ", be. 23/88).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu 13. februara 1995. godine.